

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

Institut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Warszawa, dnia 24 04.2017 r

TO-250-04TZ/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach.

W związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytania co do treści SIWZ:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o numerze: TO-250-04TZ/17, proszę o dodatkowe informacje:

- 1) O metodzie wzorcowania termopar powierzchniowych z pozycji 1, 2, 3, 12 i 13
- 2) O wymaganym materiale płaszczu termoelementów z pozycji 4, 5 i 6.


Odpowiedź:

1) Wzorcowanie termopar zarówno powierzchniowych jak i płaszczowych powinno odbywać się wg metody akredytowanej przez PCA. O wyborze metody wzorcowania decyduje laboratorium wzorcujące po zapoznaniu się z konstrukcją badanej termopary.

2) Dotychczas płaszczu termopar płaszczowych wykonywane były z materiału : INCONEL 600 (2.4816).

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Administracyjnych


mgr Joanna Krzezińska

WP