

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Warszawa, dnia 01 03.2018 r

TO-250-02TA/18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę komory klimatycznej do badania odporności wyrobów budowlanych.

W związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytania, co do treści SIWZ:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie następującej niezgodności w specyfikacji: w części „Wymagane podstawowe parametry techniczne” określono zakres kontroli temperatury dla testów z wilgotnością, jako 10 do 95 °C, natomiast wśród przewidywanych punktów sprawdzenia podano 5 °C i 50% wilgotności.

Odpowiedź:

Wskazany punkt pomiarowy wykracza poza zakres pracy komór z wilgotnością, dlatego Zamawiający wykreśla go z listy punktów pomiarowych podlegających sprawdzeniu przed odbiorem.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Joanna Krzepińska
mgr Joanna Krzepińska

wp.