

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
telefon (+48) 22 825 13 03 www.itb.pl, e-mail: ci@itb.pl

2. Przedmiot zamówienia: „Dostawa układów sterowania urządzeń do badania zaworów odpowietrzających, zaporowych i zaporowo-zwrotnych”.

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa układów sterowania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do formularza oferty, tj.:

- 1) układ sterowania urządzenia do badania automatycznych zaworów odpowietrzających,
- 2) układ sterowania urządzenia do badania zaworów zaporowych i zaporowo - zwrotnych.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot zamówienia do Oddziału Wielkopolskiego ITB w Poznaniu, ul. św. Wawrzyńca 1/7, w dniach powszednich od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 -16:00.

5. Termin realizacji zamówienia: dostawa do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

6. Warunki udziału w konkursie ofert:

- Wykonawca składając ofertę zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. W ofercie należy podać dane wymagane niniejszym ogłoszeniem oraz wzorem formularza oferty.
- Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należyte opłaty, w szczególności podatki w tym podatek VAT oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia.
- Cena określona przez wykonawcę w ofercie, w toku realizacji zamówienia, może ulec zmianie tylko i wyłącznie w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

7. Ocena oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100%).

Po dokonaniu badania i oceny ofert Zamawiający publikuje na stronie internetowej ostateczne ceny złożonych ofert, a w przypadku dokonania czynności odrzucenia również informacje o podstawie odrzucenia. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

8. Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. Prowadzone negocjacje oparte są o zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji.

9. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę oznaczoną symbolem postępowania **TO-250-18TA/20/KO** i jego nazwą: **„Dostawa układów sterowania urządzeń do badania zaworów odpowietrzających, zaporowych i zaporowo-zwrotnych”** należy złożyć w formie pisemnej, Warszawa, ul. Filtrowa 1, pokój nr 27 – Kancelaria, w zaklejonej i opisanej jw. kopercie, **w terminie do dnia 08.07.2020r. do godz. 12⁰⁰**

10. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Agnieszka Rzepkowska, tel.: 695 350 856; e-mail: zamowienia@itb.pl.

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiającego, z którą Wykonawca ma obowiązek zapoznać osoby fizyczne biorące udział:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon 22 5796 466; adres email: iod@itb.pl.
3. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: **„Dostawa układów sterowania urządzeń do badania zaworów odpowietrzających, zaporowych i zaporowo-zwrotnych”**. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit. c.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.
5. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Podane przez Wykonawcę Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania stosownie do art. 22 RODO.
8. Klauzula niniejsza dotyczy danych osobowych podanych przez Wykonawcę, które Instytut Techniki Budowlanej pozyska podczas niniejszego postępowania i realizacji umowy.
9. Pracownicy Wykonawcy Pani/Pan posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Pracownikom wykonawcy Pani/Panu nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 11. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, które Instytut Techniki Budowlanej może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
- 12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

**** Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***** Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

12. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy.
- Załącznik nr 3 – Formularz Oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1: Układ sterowania urządzenia do badania automatycznych zaworów odpowietrzających.

Urządzenie składa się z dwóch zbiorników:

- 1 – zbiornik badawczy
- 2 – zbiornik pomocniczy

Oba zbiorniki połączone są ze sobą rozłącznie rurą 2".

Oba zbiorniki wypełnione są wodą: 1 - całkowicie, 2 w górnej części (ok. 1/5 objętości) utworzona jest poduszka powietrzna a 4/5 (dolna część) objętości wypełnione wodą.

Do zbiornika 1 podawane jest cyklicznie powietrze porcjami pompą tłokową 3 napędzaną siłownikiem 4. Pompę stanowi siłownik pneumatyczny. Siłownik 4 zasilany jest sprężonym powietrzem z sieci. Maksymalne ciśnienie w zbiorniku 1 wynosi 10 bar.

Do zbiornika 1 podawana powinna być cyklicznie, w zadanym czasie, taka sama objętości powietrza, niezależnie ciśnienia w zbiorniku 1. Objętość nad tłokiem siłownika/pompy 3 powinna być napełniana powietrzem z sieci o podwyższonym ciśnieniu, nie atmosferycznym. Ciśnienie powietrza podawane do pompy 3 regulowane zaworem i będzie nieco niższe jak ciśnienie w zbiorniku 1 o ok 10%.

W zbiorniku 1 i 2 znajdują się po dwie grzałki 3. fazowe o mocy 3 kW każda, termometry do pomiaru temperatury.

Zbiornik 1 jest całkowicie wypełniony wodą. Zbiornik 2 w ok. 4/5. Na górze w zbiorniku 2 mamy poduszkę powietrzną. Poduszka powietrzna zasilana powietrzem ze wzmacniacza ciśnienia poprzez zbiornik wyrównawczy oraz wariantowo z sieci pneumatycznej. W zbiorniku 1 jest manometr elektroniczny z którego impuls będzie sterował automatycznym zaworem regulacji ciśnienia zamontowanym w instalacji powietrza zbiornika 2, utrzymującym zdalnie zadane ciśnienie w zbiorniku 1.

Zbiorniki muszą być zaopatrzone w grzałki. Niezbędna jest regulacja temperatury, nadzór nad minimalnym poziomem wysokości poziomu wody i automatyczne wyłączenie urządzenia wraz z sygnałem alarmowym w przypadku zbyt niskiego poziomu wody.

Sterowanie powinno zapewnić:

- cykliczne podawanie ciśnienia siłownikiem/pompą 3 do zbiornika 1, zadawane w określonym czasie,
- automatyczne zaprogramowane na panelu sterującym ciśnienia w zbiornikach poprzez poduszkę powietrzną w zbiorniku 2,
- utrzymanie stałej zadanej na panelu sterującym temperatury w zbiornikach,
- automatyczne wyłączenie układu w przypadku obniżenia się poziomu wody w obu zbiornikach.

Urządzenie dodatkowo rozszerzone jest o układ badawczy wyposażony w pompę wodną z silnikiem falownikiem do zmiany wielkości przepływu bajpasu pomiędzy zbiornikami 1 i 2. Program powinien zapewnić zmianę obrotów pompy do założonej wartości przepływu wody przez bajpas.

Po stronie ITB są zbiorniki, manometr elektroniczny podający sygnał do panelu sterującego, wzmacniacz ciśnienia + zbiornik wyrównawczy, pompa wodna, grzałki, siłowniki 3 i 4.

Pozostałe wyposażenie leży po stronie wykonawcy sterowania. Wymagany panel sterowania firmy SIMENS.

Termin wykonania 2 miesiące od podpisania umowy.

Wymagania dodatkowe:

- gwarancja 12 miesięcy,
- serwis gwarancyjnego w przeciągu do 3 dni roboczych,
- serwis pogwarancyjny w przeciągu 7 dni roboczych,
- miejsce realizacji ITB Poznań,
- szkolenie dla 3 pracowników z obsługi układu, min. 2 godziny w ITB w Poznaniu.

2: Układ sterowania urządzenia do badania zaworów zaporowych i zaporowo - zwrotnych.

Przedmiotem konkursu jest dostawa układu napędowego i sterującego do badania trwałości zaworów zaporowych i zaporowo- zwrotnych składającego się z:

- silnika krokowego 12 Nm wraz z przekładnią planetarną 1:10,
- sterownika,
- szafy sterującej,
- układu pomiarowego momentu obrotowego,
- rejestracji ciągłej momentu obrotowego,
- automatyki regulacji prędkości obrotowej,
- automatyki ilości cykli.

Termin wykonania 2 miesiące od podpisania umowy.

Wymagania dodatkowe:

- gwarancja 12 miesięcy,
- serwis gwarancyjny naprawa do 3 dni roboczych,
- serwis pogwarancyjny naprawa do 7 dni roboczych,
- miejsce realizacji ITB Poznań,
- szkolenie dla 3 pracowników z obsługi układu, min. 2 godziny w ITB w Poznaniu.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr

zawarta w dniu 2020 r. w Warszawie pomiędzy:

Instytutem badawczym - Instytutem Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie (00-611) przy ul. Filtrowej 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000158785; NIP: 525 000 93 58; Regon: 000063650, reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..... –

zwaną dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest **„dostawa układów sterowania urządzeń do badania zaworów odpowietrzających, zaporowych i zaporowo-zwrotnych”**, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia roku, tj.:
 - 1) układ sterowania urządzenia do badania automatycznych zaworów odpowietrzających,
 - 2) układ sterowania urządzenia do badania zaworów zaporowych i zaporowo - zwrotnych.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz ceny jednostkowe określa oferta Wykonawcy złożona w konkursie ofert nr TO-250-18TA/20/KO, stanowiąca integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zrealizować całość przedmiotu zamówienia w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

1. Przedmiot zamówienia zgodny z ofertą i z opisem w ogłoszeniu o konkursie ofert zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Miejsce dostawy: ITB Poznań, (60 – 539), ul. św. Wawrzyńca 1/7.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi wady, wyznaczy wykonawcy termin na ich usunięcie. Wyznaczenie terminu na usunięcie wad nie stanowi zmiany terminu realizacji zamówienia.

§ 3

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 pkt 1 ust. 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto zł (słownie: zł), do której zostanie doliczony 23 % podatek VAT, co w sumie daje kwotę brutto zł, (słownie: zł).

2. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 pkt 1 ust. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto zł (słownie: zł), do której zostanie doliczony 23 % podatek VAT, co w sumie daje kwotę brutto zł, (słownie: zł).
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, przy czym należność zostanie zapłacona z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności przez Zamawiającego nie później niż 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany na fakturze, który jest zgłoszony i umieszczony na „białej liście” rachunków bankowych. W przypadku, gdy na dzień płatności rachunek nie będzie znajdował się na tej liście, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania płatności do czasu ponownego zgłoszenia i uwidocznienia tego rachunku na tej liście, co nie wpływa na terminy realizacji niniejszej umowy i nie stanowi podstawy do naliczania kar za nieterminową płatność.
5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy podpisany przez Zamawiającego.
6. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
7. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, zgodnie ze swoją deklaracją zamieszczoną w ofercie.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu umowy.
3. Warunki serwisu: serwis gwarancyjny naprawa do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a serwis pogwarancyjny naprawa do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki.
4. Dane kontaktowe Wykonawcy, pod którymi Zamawiający będzie mógł zgłaszać usterki:
tel.: e-mail:.....

§ 5

1. Do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą zostają wyznaczone następujące osoby:
....., tel.:, e-mail:
2. Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza następujące osoby:
....., tel.:, e-mail:

§ 6

1. Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
2. Kary umowne płatne będą w ciągu 14 dni od dostarczenia Wykonawcy noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia należnego z tytułu umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 7

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza istotne zmiany treści umowy w przypadku:

- 1.1 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
 - 1.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w tym przypadku może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek ww. podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie trwania umowy;
 - 1.3 zmianę terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności natury technicznej uniemożliwiającej realizację umowy;
 - 1.4 zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy (siła wyższa) w terminie umownym.
2. Wskazane w ustępie 1 pkt. 1.3 i 1.4 okoliczności nie stanowią bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania powyższych zmian w przypadku ich zaistnienia. Zamawiający dokonując oceny konieczności wprowadzenia zmian objętych ustępem 1 pkt. 1.3 i 1.4 będzie miał na uwadze obiektywnie zaistniałe w toku realizacji przedmiotowego zamówienia okoliczności, w szczególności wspólne wszystkim potencjalnym wykonawcom zamówienia, efektywność i terminowość wykonania zamówienia oraz zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w szczególności biorących udział w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Zmiana umowy w każdym przypadku wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy skutkujących koniecznością wprowadzenia takiej zmiany - za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana może zostać wprowadzona tylko w takim zakresie, w jakim jest ona uzasadniona okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
 - 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
 - 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
 - 3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
 - 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
 - 5) okoliczności, o których mowa w pkt 1– 4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
 - 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 - 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług,
 - 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50 % wartości pierwotnej umowy.
5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany umowy zgodnie z ust. 4, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.
6. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
7. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4, przez wykonawcę.
8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

§ 10

1. W związku z realizacją przedmiotowej Umowy (wyłącznie tym celu) zamawiający i wykonawca przetwarzają dane osobowe. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych przez Strony są różne. Nie zachodzi proces powierzenia danych a każdej ze Stron przysługuje status odrębnego Administratora Danych Osobowych.
2. Strony zobowiązują się stosować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., a także wszelkie przepisy

- i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również jakiegokolwiek jego późniejsze zmiany.
3. Strony oświadczają, że zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi prawa i chroniło prywatność osób, których dane dotyczą.
 4. Strony zobowiązują się:
 - 4.1 przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. Strony zabezpieczą dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniami przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją;
 - 4.2 dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych;
 - 4.3 przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.
 5. Dane osobowe, będą traktowane jako informacje chronione, a osoby działające w imieniu Stron zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przeszkolone i zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy.
 6. W czasie przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do współdziałania w procesie przetwarzania danych osobowych, w tym niezwłocznego informowania się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających, lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 7. W związku z faktem, że pomiędzy Stronami Umowy będącymi dwoma administratorami danych osobowych dochodzi do udostępniania danych osobowych Strony powinny zrealizować obowiązek informacyjny. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO określa pkt 6 w formularzu „OFERTA”.

§ 11

1. Strony zobowiązują się załatwiać spory w drodze polubownej. W razie braku polubownego załatwiania sporów, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nie ważności.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść praw wynikających z Umowy na osoby trzecie.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

Załączniki:

1. *Opis przedmiotu zamówienia.*
2. *Kopia oferty.*

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Znak sprawy: TO-250-18TA/20/KO

<i>(pieczęć Wykonawcy/ów)</i>	OFERTA
-------------------------------	---------------

Do:
Instytutu Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert na „Dostawa układów sterowania urządzeń do badania zaworów odpowietrzających, zaporowych i zaporowo-zwrotnych”

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

- 1) **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi w warunkach konkursu i w Istotnych postanowieniach umowy – Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
- 2) **OFERUJEMY** realizację zamówienia:
 - 2) układ sterowania urządzenia do badania zaworów zaporowych i zaporowo - zwrotnych.
 - 2.1 układ sterowania urządzenia do badania automatycznych zaworów odpowietrzających za kwotę netto zł (słownie złotych), powiększoną o% podatek VAT, co daje cenę brutto zł (słownie złotych.....). ;
 - 2.2 układ sterowania urządzenia do badania zaworów zaporowych i zaporowo – zwrotnych za kwotę netto zł (słownie złotych), powiększoną o% podatek VAT, co daje cenę brutto zł (słownie złotych.....). ;
- 1) **OŚWIADCZAMY**, że w pkt. 2 ujęto wszelkie koszty realizacji zamówienia.
- 2) **OŚWIADCZAMY**, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.
- 3) **OFEROWANY OKRES GWARANCJI** – 12 miesięcy.
- 4) **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** samodzielnie.

- 5) **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 6) **OŚWIADCZAMY**, że wypełnimy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- 7) **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _____

e-mail: _____ tel.: _____
- 8) **OFERTĘ** niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
- 9) **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty są:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

_____ dnia __ __ 2020 r

(*podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*)