

Informacja o wpłynięciu pytań do SIWZ

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Warszawa, 18.08.2020 r.

Pismo nr 2

TO-250-25TA/20

Dotyczy postępowania na: „Dostawę komory do badań kompatybilności cieplnej”.

W zawiązku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2020 roku wpłynęło od uczestnika przedmiotowego postępowania następujące pytanie, co do treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie numer 2.


Proszę o sprecyzowanie wymagań co do opisu: możliwość automatycznej realizacji cykli badawczych szczegółowo opisanych w p. 7. normy PN-EN 13687-1:2008, Czy wymaganiem jest urządzenie, które wykona test bez udziału operatora? Test odbywa się w dwu wannach jedna z solanką, druga z wodą.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie przy pomocy którego możliwa będzie automatyczna realizacja cykli badawczych, tzn. operator uruchomi badanie umieszczając wcześniej próbki w przeznaczonym dla nich miejscu, a następnie urządzenie będzie realizowało samodzielnie cykle. Po każdym 10 cyklach konieczna jest możliwość oceny wizualnej badanych próbek (po 10 cyklach urządzenie musi przerwać badanie i umożliwić ocenę wizualną próbek operatorowi, który następnie wznowi badanie).

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu nr TO-250-25TA/20.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr Joanna Krzemieńska