

Informacja o wpłynięciu pytań do SIWZ

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Warszawa, dnia 28.08.2020 r.

Pismo nr 1

Dotyczy postępowania na „Dostawę urządzenia do wieloosiowego zadawania siły” o numerze TO-250-29TA/20.

W zawiązku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż wpłynęło od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytanie, co do treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, gdzie odchylenie standardowe będzie wyświetlone w oprogramowaniu pomocniczym?

Odpowiedź:

Wyniki badań poszczególnych próbek oraz związana z nimi średnia i odchylenie standardowe oraz wykresy obciążenie-ugięcia powinny znajdować się w jednym oprogramowaniu (dopuszcza się tzw. „nakładki” wchodzące w skład oprogramowania).

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu nr TO-250-29TA/20.

dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
ZASTĘPCĘ DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych mgr Joannę Krzezińską
w dniu 28.08.2020 r.