

## Informacja o wpłynięciu pytań do konkursu ofert

---

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  
ul. Filtrowa 1  
00-611 Warszawa

Warszawa, dnia 19.01.2021 r.

**TO-250-01TA/21/KO**

**Dotyczy postępowania p.n. „Dostawa komory do badań starzeniowych UV”**

Zamawiający informuje, iż wpłynęły od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytania, na które udziela odpowiedzi:

### **Pytanie numer 1.**

W nawiązaniu do zapytania proszę o informację czy aparat powinien zostać dostarczony z zamkniętym układem obiegu wody DEMI?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z OPZ, wymagana jest dostawa komory, która będzie posiadała złącza pozwalające na podłączenie wody DEMI pod ciśnieniem, tj. z naszej stacji uzdatniania w ITB. Jednocześnie Zamawiający informuje, że OPZ nie wskazuje na konieczność zastosowania zamkniętego obiegu wody.

### **Pytanie numer 2.**

Proszę o wyjaśnienie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pkt 2 Akcesoria do komory – Komplet lamp UVA-340.

Ile sztuk lamp zdaniem Zamawiającego znajduje się w opisanym komplecie ?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że jako komplet należy traktować min. liczbę lamp potrzebną do pracy urządzenia lub min. liczbę lamp możliwą do kupienia (najczęściej pakowane są po 12 szt.).

Niniejsze pismo stanowi integralną część Konkursu Ofert nr TO-01TA/21/KO.

**dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez: ZASTĘPCĘ DYREKTORA ds.  
Organizacyjno-Administracyjnych mgr Joannę Krzemińską w dniu 19.01.2021 r.**