

Informacja o wpłynięciu pytań

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Warszawa, 26.05.2021 r

TO.261.11TA.2021

Dotyczy postępowania na: „**Dostawa komory solnej.**”

Zamawiający informuje, iż w dniu 21 maja 2021 roku wpłynęło od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytanie:

Pytanie numer 1

Czy wyrażają Państwo zgodę na dostawę komory tylko z interfejsem Ethernet i możliwością podłączenia komputera PC (za pomocą którego dane mogą być zapisane na USB)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dostawę komory tylko z interfejsem Ethernet i możliwością podłączenia komputera PC. W pomieszczeniu, w którym stoją komory panują bardzo agresywne warunki środowiskowe i eksploatacja komputera w takich warunkach bardzo szybko zakończyłaby się jego uszkodzeniem, ponadto Zamawiający nie dysponuje urządzeniem, które mógłby podłączać do komory na potrzeby zgrywania danych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 4 Ogłoszenia o konkursie ofert, miejsce dostawy: siedziba ITB przy ul. Filtrowej 1.

Wprowadzone tym pismem zmiany są wiążące dla Wykonawców. Wykonawca powinien w złożonej ofercie uwzględnić wprowadzone zapisy.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 31 maja 2021 r. godzina i miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Dokument zatwierdził i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym
ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych
mgr Joanna Krzemińska w dniu 26.05.2021 r.