

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

### Pismo nr 1

dot. w postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2021 poz. 1129 z późn. zm.), którego przedmiotem jest: „dostawa aparatury starzeniowej UV”.

Działając w oparciu o art. 284 ust 2, w związku z art. 284 ust 1 ww. ustawy, Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:** Czy zamawiający dopuszcza by urządzenie było wyposażone w automatyczną regulację natężenia promieniowania, typowo 0.89 W/m<sup>2</sup>, maksymalnie 1.70 W/m<sup>2</sup> dla lamp UV-A; typowo 0.71 W/m<sup>2</sup>, maksymalnie 1.70 W/m<sup>2</sup> dla lamp UV-B?

**Odpowiedź:** TAK, dopuszczana jest automatyczna regulacja natężenia promieniowania we wskazanych zakresach.

**Pytanie nr 2:** Czy dla typowych nastaw natężenia promieniowania 0.89 W/m<sup>2</sup> dla UV-A oraz 0.71 W/m<sup>2</sup> UV-B zamawiający wymaga by lampy posiadały gwarancję działania przez minimum 8000 godzin?

**Odpowiedź:** TAK, wymagana jest gwarancja działania lamp przez minimum 8000 godzin.

**Pytanie nr 3:** Czy zamawiający dopuszcza możliwość automatycznej regulacji temperatury powierzchniowej czarnej płytki BPT z zakresem regulacji temperatury powierzchniowej termometru czarnej płytki: od 45 do 80 °C w cyklu ze światłem UV, od 40 do 60 °C w cyklu kondensacji?

**Odpowiedź:** TAK, dopuszczana jest automatyczna regulacja temperatury we wskazanych zakresach.

**Pytanie nr 4:** Komory wyposażone w lampy UV w trakcie cyklu z natryskiem charakteryzują się dużym zużyciem wody demineralizowanej (ok. 7 litrów/ minutę). Czy zamawiający wymaga by urządzenie było wyposażone w zamknięty obieg wody z układem podnoszenia ciśnienia, filtrem i konduktometrem kontrolującym jakość wody?

**Odpowiedź:** TAK, wymagane jest urządzenie z zamkniętym obiegiem wody.

**Pytanie nr 5:** Czy zamawiający wymaga by urządzenie było wyposażone w czujnik do kalibracji natężenia promieniowania?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 6:** „Wykonawca zobowiązany jest udostępnić, w okresie 24 miesięcy, opracowane przez producenta uaktualnienia oraz poprawki dla oferowanego oprogramowania, jeśli takie będą istnieć” Czy zamawiający wymaga by urządzenie było wyposażone w port USB umożliwiający wgrywanie aktualizacji bezpośrednio przez użytkownika bez konieczności wizyty serwisu?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie nr 7:** W związku z sytuacją na rynku tj. problemem z dostępnością podzespołów (różnego rodzaju elektroniki) oraz zachwianiem płynności w łańcuchu dostaw, czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji z 8 do 12 tygodni?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 12 tygodni.

Uwzględniając powyższe, termin określony w pkt 5 SWZ oraz w pkt 4.2.10) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 000180047/01 z dnia 2021-09-14 oraz w §2 IPU zmienia się na 84 dni.

Niniejsze pismo nr 1 stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr TO.260.19TA.2021

Z poważaniem