

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Telefon 22 56 64 324 faks 22 56 64 164

2. Przedmiot zamówienia: Komora solna-

- 1) Komora typu „lada” do badań korozyjnych w mgie solnej zgodnie z normami: PN-EN 9227:2012, PN-EN 13523-8:2010.
 - 2) Pojemność komory roboczej ok. 1000 litrów.
 - 3) Wymiary zewnętrzne komory są uwarunkowane przez pojemność komory roboczej. Niemniej wymiary komory powinny umożliwić wstawienie jej do laboratorium (długość maksimum 2,0 metry a szerokość nie powinna być większa niż 1,1 metra).
 - 4) Obudowa komory i komora wewnętrzna wykonane z tworzyw sztucznych.
 - 5) Sterowanie komory – sterownik mikroprocesorowy z możliwością programowania testów zarówno wg norm jak i własnych. Możliwość przenoszenia danych do komputera
 - 6) Zakres regulacji:
 - temperatury: komory roboczej do 55°C; nawilżacza do 70°C;
 - ciśnienia do rozpylania solanki: od 70 do 170 kPa.
 - wilgoci: do 100 % RH
 - korozyjności atmosfery – ubytek masy próbki odniesienia 40±10g/m² w ciągu 24 godzin dla badania AASS oraz 70±20 g/m² w ciągu 48 godzin dla badania NSS.
 - 7) Możliwa kontrola temperatury w komorze roboczej.
 - 8) Zewnętrzny zbiornik na solankę min. 150l.
 - 9) Komora powinna być wyposażona w komplet uchwytów do próbek.
 - 10) Wzorcowanie termometru komory- świadectwo PCA.
 - 11) Instrukcja obsługi w języku polskim.
 - 12) Transport i instalacja w laboratorium ul. Filtrowa 1 pok.051.
 - 13) Uruchomienie komory i przeszkolenie pracowników w jej obsłudze.
 - 14) Bezpieczeństwo zgodnie z wymogami UE.
- 3. Gwarancja:** min. 12 miesięcy od daty zakupu.
- 4. Czas dostawy:** max. 12 tygodni od daty złożenia zamówienia / podpisania umowy.
- 5. Czas reakcji serwisu na informację o usterce oraz określenie sposobu jej usunięcia wynosi 2 dni robocze.**

Naprawa gwarancyjna realizowana jest w terminie 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy / otrzymania zlecenia naprawy. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy do naprawy wymagane jest sprowadzenie części zamiennych od producenta lub przesłanie sprzętu do specjalistycznego serwisu do producenta.

6. Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: Warszawa ul. Filtrowa 1 Zakład NZM pok.051

7. Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

8. Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie cena.

9. Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

10. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl w terminie do dnia 5.04.2017r.

11. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Krystyna Krzyżanowska

tel. .603 560 143

faks 22 56 64 164.

e-mail .k.krzyzanowska@itb.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Organizacji i Administracyjnych
Joanna Krzemieńska
mgr Joanna Krzemieńska

10