

Warszawa, dnia 20.07.2018 r

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

TO-250-14OM/18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K dla Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach.

W związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytania, co do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

„Mam pytanie odnośnie aktualnie prowadzonego postępowania przetargowego na dostawę termoelementów oraz drutu termoparowego dla Oddziału Mazowieckiego w Pionkach.

Chodzi mi o pozycję 10 i 11z załącznika nr II.1 do Formularza Oferty.

Wg opisu są dwa takie same przewody. Czy faktycznie należy zaoferować w pozycji 10 i 11 to samo czy też w tym formularzu pojawił się jednak błąd i jeden z przewodów miał być np. w wykonaniu do innego zakresu temperatur? Proszę o informację zwrotną w tym zakresie.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ZAŁĄCZNIKU NR II.1 do Formularza Oferty - Formularz cenowy na dostawę do Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach:

- **pozycja 10: pozostaje bez zmian**
- **w poz.11 : istniejący zapis - temperatura pracy : $t = 0 \div 1000 \text{ }^{\circ}\text{C}$ zmienia się na zapis - temperatura pracy : $t = 0 \div 600 \text{ }^{\circ}\text{C}$ oraz świadectwo jakości dla tego zakresu temperatur.**

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Badań i Innowacji

Kuczyński
dr inż. Krzysztof Kuczyński