

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (w przetargu nieograniczonym)

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Warszawa, dnia 03.08.2009r.

Do:

Wykonawcy..

.....

DO-250-33TM/09

(numer postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kamery termograficznej

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, informuję niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

VIGO SYSTEM S.A. 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 129/133

Uzasadnienie wyboru: oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną.

2. Wykaz złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

a) VIGO SYSTEM S.A. 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 129/133.

Cena: 100 punktów

b) BTH – Biuro Techniczno-Handlowe 01-957 Warszawa ul. Szegedyńska 5/81.

Cena: 42,6 punktów

3. Odrzucono oferty następujących Wykonawców:

a) MRU Sp. z o.o. 62-050 Mosina ul. Jagodowa 13

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W postępowaniu odrzucono ofertę nr 2 na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. nie spełnia:

-pkt 3 Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia - Wykonawca oferuje wyświetlacz LCD 2,5", Zamawiający żąda, co najmniej 3,5".

– pkt 10 Roz. III Opis przedmiotu zamówienia - brak w ofercie pilota radiowego.

– pkt 13, Roz. III Opis przedmiotu zamówienia - brak w ofercie wzorca temperatury.

- pkt.16 Roz. III Opis przedmiotu zamówienia - brak w ofercie kalibracji dla 1 obiektu na zakres do 600°C.

Dziękuję za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu i zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
Ds. Organizacyjno-Administracyjnych
mgr Joanna Krzemińska