

## Informacja o wpłynięciu pytań do SIWZ

---

Instytut Techniki Budowlanej  
Ul. Filtrowa 1  
00-611 Warszawa

Warszawa, 02.06.2017 r.

TO-250-10TZ/17

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w drodze przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy termopar typu K i drutu termoparowego typu K**

W związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. Ust. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły od uczestnika przedmiotowego postępowania następujące pytania co do treści SIWZ:

### **PYTANIE**


Zwracam się z zapytaniem, czy w postępowaniu o numerze TO-250-10TZ/17, zamawiający dopuszcza wzorcowanie termopar powierzchniowych metodą porównawczą przez zanurzenie w suchym bloku pieca kalibracyjnego?

### **ODPOWIEDŹ:**

Wzorcowanie termopar zarówno powierzchniowych jak i płaszczyznowych powinno odbywać się wg. metod akredytowanych w odpowiednim laboratorium. Laboratorium wzorcujące po zapoznaniu się ze sposobem pomiaru temperatury, konstrukcją badanej termopary, zakresem temperatury jej pracy i innymi parametrami technicznymi (np. technologią wykonania spoiny pomiarowej) dokonuje wyboru metody wzorcowania w zakresie swojej akredytacji.

Zamawiający nie narzuca wykonawcom sposobu dokonania wzorcowania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Organizacyjno-Administracyjnych  
  
mgr Joanna Krzemińska