

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Warszawa 01 .08.2017r.

DO-250-05TA/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji”.

W związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytania co do treści SIWZ:

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo możliwość wykonania poszycia tunelu z blachy stalowej zamiast sklejki. Do tej pory firma X wykonywała tunele o gabarytach jak tunel opisany w SIWZ właśnie z takiego rodzaju materiału. Sklejkę i drewno stosowaliśmy w tunelach o nieco mniejszych gabarytach.

Odpowiedź

Tunel, który wykonała firma X ma podłogę wykonaną ze sklejki. Zamawiający chciałby zastosować identyczne rozwiązanie, ale dla całego poszycia.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Badań i Innowacji


dr inż. Krzysztof Kuczyński

Wojas