

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Warszawa, dnia 22.....06.2018 r

TO-250-12TA/18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż komory klimatycznej do badań cieplno-wilgotnościowych.

W związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytania co do treści SIWZ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający może przedstawić opis szczegółowy przebiegu badania dla punktu 4a, 4b, 4c, 4d Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (rozdział III)?

Odpowiedź:

Szczegółowe opisy przebiegu badań znajdują się w wymienionych dokumentach:

- a) ETAG 004 pkt. 5.1.3.2.1
- b) ETAG 017 pkt. 5.7.1
- c) ETAG 018-3 Aneks E (co odpowiada PN-EN 12467:2013 pkt. 7.4.2)
- d) PN-EN 16383:2016 pkt. 7.

Pytanie 2:

Co Zamawiający rozumie przez zapis umieszczony w pkt 5 OPZ, tj. "Dodatkowo automatyka sterująca musi zapewniać możliwość dowolnego zaprogramowania cykli grzania i chłodzenia powiązanych z wilgotnością"?

Czy komora ma być sterowana automatycznie, czy również ma być sterowana ręcznie?

Jeżeli tak, prosimy o podanie zakresów temperatur i odpowiadających im zakresów wilgotności.

Odpowiedź:

Komora powinna realizować pracę programów automatycznych wg specyfikacji pkt 4 OPZ oraz posiadać możliwości indywidualnego zaprogramowania innej sekwencji oddziaływań niż opisane w w/wym. dokumentach, z zachowaniem określonych w nich warunków brzegowych.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Joanna Krzenińska
mgr Joanna Krzenińska

wp.