

Warszawa, dnia 07.07.2018 r.

Instytut Techniki Budowlanej  
ul. Filtrowa 1  
00-611 Warszawa

TO-250-12TA/18

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę komory klimatycznej do badań cieplno-wilgotnościowych systemów ociepleń.**

W związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytania, co do treści SIWZ:

**Pytanie nr 1**

W rozdziale III, pkt I – 24: Ile będą (w założeniu) trwałe testy stanowiska? Jaki jest plan testów stanowiska?

**Odpowiedź:**

Czas przygotowania i sezonowania ścian badawczych - 30 dni (dwie próbki jednocześnie). Przeprowadzenie badań testowych jednocześnie na obu częściach stanowiska - 7 dni.

**Pytanie nr 2**

„W rozdziale IV (Istotne dla stron postanowienia umowy), §3: Czy możemy wprowadzić dodatkowy punkt który zobowiąże Zamawiającego do udostępnienia pomieszczenia w którym ma być ustawiona komora? Po wizji lokalnej i ograniczeniami wynikającymi z wielkości pomieszczenia okazuje się, że stanowisko dla Państwa będzie specjalnie dostosowywane oraz montowane bezpośrednio w docelowym pomieszczeniu i dlatego chcielibyśmy mieć możliwość rozpoczęcia prace montażowe znacznie wcześniej (około 4-6 tygodni) przed rozpoczęciem testów przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt IV Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (Rozdział III SIWZ), „Wykonawca, w terminie do 1 miesiąca po podpisaniu umowy, przekaże Zamawiającemu wymagania instalacyjne dotyczące instalacji komory: woda, odpływ - kanalizacja, zasilanie elektryczne. Zamawiający według wymagań przygotowuje pomieszczenie z odpowiednimi mediami.”

Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania powierzchni na potrzeby instalacji i uruchomienia przedmiotowego stanowiska, a wykonywanie prac budowlano-montażowych może powodować ograniczony dostęp do pomieszczenia hali.



Zamawiający proponuje harmonogram realizacji umowy:

Tygodnie

1	2	3	4	5 - 11 tydzień	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Podpisanie umowy			Założenia instalacyjne								Budowa modeli badawczych i sezonowanie-Zamawiający				Testy
								Początek montażu	Dostawa ram testowych						Odbiór końcowy

Zamawiający przygotowuje powierzchnie do montażu urządzenia do końca 14 tygodnia od dnia podpisania umowy.

Wykonawca dostarczy, najpóźniej na koniec 15 tygodnia od daty podpisania umowy, co najmniej 2 ramy do montażu testowych modeli badawczych. Jest to warunek terminowego przygotowania próbek i przeprowadzenia badań testowych.

### Pytanie nr 3

„W rozdziale IV (Istotne dla stron postanowienia umowy), §3 ust.2: Dlaczego to Wykonawca zgłasza termin odbioru skoro odbiór uzależniony jest od wyników testów prowadzonych przez Zamawiającego?”

### Odpowiedź:

Zamawiający w pkt II OPZ (Rozdział III SIWZ) opisał warunki odbioru końcowego.

Wykonawca po dostawie i przeszkoleniu personelu zgłasza gotowość komory do przeprowadzenia testów. Po przeprowadzeniu testów, Zamawiający zgłasza zakończenie testów urządzenia i przystąpienie do odbioru końcowego.

### Pytanie nr 4

„W rozdziale IV (Istotne dla stron postanowienia umowy), §5 ust.4: Prosimy o dokładne doprecyzowanie dnia zapłaty. Wydanie dyspozycji nie musi oznaczać jego realizacji.”

### Odpowiedź:

Zgodnie z § 5 Istotnych dla stron postanowień umowy (Rozdział IV SIWZ)

1. Zapłata wynagrodzenia płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, przy czym należność zostanie zapłacona przez Zamawiającego **nie później niż 21 dni od doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego**. Z doświadczenia Zamawiającego, po wydaniu do banku dyspozycji przelewu, w zależności od banku, który prowadzi rachunek Wykonawcy, przelew wpływa na konto tego samego dnia, w skrajnych przypadkach najdalej za dwa dni (dotyczy dni roboczych).
2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy podpisany przez Zamawiającego.



**Pytanie nr 5**

„W rozdziale IV (Istotne dla stron postanowienia umowy), §6 ust.2: Jak jest możliwość zmiany zapisów umowy w obszarze wprowadzenia symetrycznych zapisów dotyczących kar umownych np. w przypadku, kiedy Zamawiający nie udostępni na czas pomieszczenia, w którym ma być uruchomiona komora?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisów umowy w obszarze wprowadzenia symetrycznych zapisów dotyczących kar umownych. W przypadku kiedy Zamawiający nie udostępni Wykonawcy na czas pomieszczenia hali, a opóźnienie przekroczy 14 dni, Zamawiający dopuszcza możliwość częściowej płatności należności Wykonawcy w wysokości do 50 % wartości umowy.

**Pytanie nr 6**

„W rozdziale IV (Istotne dla stron postanowienia umowy), §7 ust.1c: Prosimy o doprecyzowanie okoliczności natury technicznej?”

**Odpowiedź:**

Okoliczności natury technicznej np.:

- konieczność poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych lub zmiana technologii,
- konieczność zmiany parametrów urządzenia,
- konieczność podniesienia bezpieczeństwa pracy urządzenia,
- konieczność aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, itp.

**Pytanie nr 7**

„Pytanie ogólne: Czy ewentualnie jaka jest możliwość negocjacji zapisów umowy ?”


**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjacji zapisów umowy.

**Zamawiający informuje jednocześnie o zmianie terminu składania ofert na dzień: 10.07.2018 godz:11:00.**

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Organizacyjno-Administracyjnych

  
mgr Joanna Krzemińska



Pytanie nr 5

W rozdziale IV (Istotne dla stron postanowienia umowy), §6 ust. 2: Jak jest możliwość zmiany zapisów umowy w obszarze wprowadzenia symetrycznych zapisów dotyczących kar umownych np. w przypadku, kiedy Zamawiający nie udostępnił na czas pomieszczenia, w którym ma być uruchomiona komora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisów umowy w obszarze wprowadzenia symetrycznych zapisów dotyczących kar umownych. W przypadku kiedy Zamawiający nie udostępnił Wykonawcy na czas pomieszczenia hall, a opóźnienie przekroczy 14 dni, Zamawiający dopuszcza możliwość częściowej płatności należności Wykonawcy w wysokości do 50 % wartości umowy.

Pytanie nr 6

W rozdziale IV (Istotne dla stron postanowienia umowy), §7 ust.1c: Prosimy o doprecyzowanie sformułowania "Odniesienie natury technicznej?"

Odpowiedź:

Odniesienie natury technicznej np.:

- konieczność poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych lub zmiany technologii,
- konieczność zmiany parametrów urządzenia,
- konieczność podniesienia bezpieczeństwa pracy urządzenia,
- konieczność aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, itp.

Pytanie nr 7


Pytanie ogólne: Czy ewentualnie jaka jest możliwość negocjacji zapisów umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjacji zapisów umowy.

Zamawiający informuje jednocześnie o zakończeniu terminu składania ofert na dzień: 10.07.2019 godz:11:00

Z poważaniem

ZARZĄDCA DYREKTORA  
 ds. Organizacyjno-Administrcyjnych  
  
 mgr Joanna Kozminska