

## Informacja o wpłynięciu pytań do SIWZ

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Warszawa, 13.12.2019 r.

### TO-250-39TZ/19

**Dotyczy postępowania na: Sukcesywne dostawy termopar i termoelementów typu K dla Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach**

W zawiązku z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż w dniach 11 i 12 grudnia 2019 roku wpłynęły następujące pytania do przedmiotowego postępowania, co do treści SIWZ:

#### Pytanie numer 1

Proszę o szczegółowe opisanie cyklu pracy termopar płaszczowych z pozycji 9 i 10 z przedmiotowego postępowania (TO/230/39TZ/19).

Dotyczy zapisu:

- krótkotrwała ( do 2 godzin w cyklu ) max. temperatura pracy: 1350°C.

#### Odpowiedź:

Oczekiwana praca termoelementu 2 godziny w zakresie temp. 1200 - 1350°C, a następnie co najmniej 2 godziny w temp. do 1260°C.

#### Pytanie numer 2

Proszę o potwierdzenie długości przewodu kompensacyjnego w pozycji nr 11 postępowania TO/230/39TZ/19.

Dotyczy zapisu:

- długość przewodów kompensacyjnych L=3.0 mm.

#### Odpowiedź:

Wymagana długość przewodu kompensacyjnego powinna wynosić 3m (słownie trzy metry), L=3,0 m.

#### Pytanie numer 3

Czy Zamawiający przyjmuje oferty częściowe do przetargu w temacie: " Sukcesywne dostawy termopar i termoelementów typu K dla Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach "

#### Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie podzielił zamówienia na części.


Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert w postępowaniu do dnia 19 grudnia 2019 do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2019 r o godzinie 10:30.

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Wprowadzona tym pismem zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla Wykonawców. Wykonawca powinien w złożonej ofercie uwzględnić wprowadzoną zmianę.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Organizacyjno-Administracyjnych  
  
mgr Joanna Krzemińska

