

Informacja o wpłynięciu pytań do SIWZ

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Warszawa, 04.01.2021 r

TO-250-50TA/20

Dotyczy postępowania na: „**Dostawa dynamiczno/cyklicznego aparatu do badań prostego ścinania wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz montażem i instalacją**”.

W zawiązku z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż w dniu 31 grudnia 2020 roku wpłynęło od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytanie, co do treści SIWZ:

Pytanie numer 1

W punkcie 4.7 SIWZ Zamawiający zamieścił zapis: „*Jeśli w treści specyfikacji znajdują się nazwy własne, Zamawiający dopuszcza certyfikaty i produkty równoważne. Tam, gdzie w SIWZ zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 –3 Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.*”

Jest to sprzeczne z zapisami załącznika 5 -*OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

Zamawiający w Punkcie 2 specyfikuje **interfejs cyfrowy** wymagając współpracy urządzenia ze środowiskiem oprogramowania GDSLab. W efekcie celowo lub nie wskazuje jednoznacznie Producenta i dostawcę wyspecyfikowanego sprzętu prawdopodobnie naruszając przy tym zasadę konkurencyjności. Podkreślić tu należy, że w Polsce mamy tylko jednego dystrybutora sprzętu marki GDS.

Prosimy zatem o doprecyzowanie zakresu współpracy urządzenia z oprogramowaniem GDSLab.

Czy współpraca polegająca na możliwości eksportu danych z oprogramowania dedykowanego dla danego sprzętu do pliku (txt, csv itp.), który użytkownik będzie w stanie otworzyć w GDSLab przy założeniu takiej samej funkcjonalności (badawczej) oprogramowania jest współpracą wystarczającą a produkt zostanie potraktowany jako równoważny?

Inny typ współpracy może zapewnić jedynie producent oprogramowania GDSLab.

Odpowiedź:

W laboratorium Zamawiający posiada urządzenia firmy GDS Instruments wraz z licencjami na oprogramowanie sterujące tymi urządzeniami. W związku z powyższym wymaga od dostawcy pełnej kompatybilności pod względem sprzętowym i programowym z urządzeniami GDS Instruments oraz oprogramowaniem GDSLab, między innymi możliwość kontroli urządzenia z programu GDSLab.

Pod względem przyszłej rozbudowy i rozwoju naukowego ważna jest kompatybilność sprzętowa z kontrolerami ciśnienia firmy GDS, kondycjonerem elementów typu Bender oraz sieci stanowisk badawczych w laboratorium NZK u Zamawiającego.

Wprowadzone tym pismem informacje dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla Wykonawców. Wykonawca powinien uwzględnić je w złożonej ofercie.

Z poważaniem

ZATWIERDZONO
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych
mgr Joannę Krzemińską w dniu 04.01.2021 r.