

Warszawa, dnia 03.10.2022

TO.260.21TA.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Pismo nr 1

Dot. postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U 2022 poz. 1710), którego przedmiotem jest: „*Dostawa spektrometru rentgenowskiego z dyspersją fali WD-XRF wraz z jego instalacją i uruchomieniem*”.

Działając w oparciu o art. 284 ust 2, w związku z art. 284 ust 1 ww. ustawy, Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zastosowanie detektora półprzewodnikowego zamiast scyntylacyjnego dla pierwiastków ciężkich?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zastosowanie detektora półprzewodnikowego zamiast scyntylacyjnego dla pierwiastków ciężkich pod warunkiem spełnienia przez detektor półprzewodnikowy podanego wymagania (liniowość nie gorsza niż 1000 kcps).

Działając w oparciu o art. 286 ust 1, ww. ustawy, Zamawiający informuje, że wydłużył termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia **6 października 2022**. Godziny bez zmian.

W związku z powyższym, data składania i otwarcia ofert podana w pkt. 15 i 16.1 SWZ zmienia się na dzień 06.10.2022 r. Datę w pkt. 13.1 SWZ zmienia się na dzień 04.11.2022 r

Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu uwzględniając zaistniałą zmianę

Niniejsze pismo nr 1 stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr TO.260.21TA.2022