

Warszawa, dnia 03.04.2023

TO.260.12TA.2023

## WYJAŚNIENIE

### Pismo nr 3

Dotyczy postępowania: „Dostawa mikroskopu pomiarowego CNC wraz z jego instalacją i uruchomieniem”.

Numer postępowania: TO.260.12TA.2023

Działając w oparciu o art. 284 ust 6, w związku z art. 284 ust 1 ww. ustawy, Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

#### **Pytanie 3:**

Dziękuję za udostępnienie zdjęć przykładowych elementów. Jakie dokładnie elementy przedmiotu mają zostać zmierzone? W oparciu o zdjęcie można tylko spekulować, co może być zmierzone. Proszę o podanie konkretnych wymiarów i precyzyjne lokalizacje, w których należy dokonać pomiarów, aby móc zapewnić najdokładniejszy i najbardziej precyzyjny mikroskop. Czy dysponują Państwo rysunkiem z wymiarowanym przedmiotem?

#### **Odpowiedź:**


Zamawiający w załączniku nr 1 do niniejszego pisma podaje przykładowe zakresy pomiarów.

**Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu do dnia 6 kwietnia 2023 r.** Godziny bez zmian.

Uwzględniając powyższe, datę określoną w pkt 15 i 16.1 SWZ zmienia się z dnia 04.04.2023 r. na dzień **06.04.2023** r. Datę w pkt 13.1 SWZ zmienia się na dzień 05.05.2023 r.

Niniejsze pismo nr 3 wraz z załącznikiem stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr TO.260.12TA.2023.

Poniżej przedstawiam rysunek nr1  
Zakres pomiaru od 0,02÷10,00 mm



w – wymiar oczka  
d – średnica drutu



Poniżej przedstawiam rysunek nr2  
Zakres pomiaru 0,05÷30,00 mm  
Zakres pomiaru kąta 15°÷90°

