

## Informacja o wpłynięciu pytań

---

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Warszawa, dnia 01.09.2023 r.

### Pismo nr 1

#### TO.261.15TA.2023

Dotyczy postępowania pn.: „**Dostawa szafy do pomiaru temperatury**”.

Zamawiający informuje, iż w dniu 1 września 2023 roku wpłynęło od uczestnika przedmiotowego postępowania następujące pytanie:

#### Pytanie numer 1

Mam pytanie do OPZ - pkt 3 Zakres zamówienia podpunkt b mówi o wzorcowaniu kanałów w 5 punktach. Natomiast pkt 4 podpunkt f pokazuje konkretne punkty wzorcowania a jest ich w sumie 9. Jest to spora różnica która jest cenotwórcza.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia pkt. 4 lit. f) Opisu przedmiotu zamówienia – na następujący zapis:

„f) Szafa powinna być dostarczona Zamawiającemu wraz ze świadectwem wzorcowania z akredytowanego laboratorium. Punkty wzorcowania 20, 140, 180, 360 i 1000 stopni Celsjusza. Błąd pomiarowy nie powinien przekraczać 1,5 stopnia Celsjusza.”

Niniejsze pismo nr 1 stanowi integralną część Ogłoszenia w Konkursie Ofert w postępowaniu nr TO.261.15TA.2023.