

Warszawa, dnia 01.07.2025 r.

TO.261.15TA.2025

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie konkursu ofert, p.n.: „**Dostawa, instalacja i uruchomienie sterylizatora parowego laboratoryjnego wraz z wyposażeniem**”.

Pismo nr 3

Zamawiający informuje, iż w dniu 01 lipca 2025 roku wpłynęło od uczestnika przedmiotowego postępowania następujące pytanie:

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuszcza możliwość urządzenia o pojemności komory 160 litrów (wymiary komory (øxD) [mm] - 500-750 mm) o wymiarach zewnętrznych (WxHxD) [mm] - 870x1090x770
Jeżeli powyższe parametry nie będą dopuszczalne, czy zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności 85 litrów (wymiary komory (øxD) [mm] - 380-690 mm)
o wymiarach zewnętrznych (WxHxD) [mm] - 730x1000x540

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy wymiarach urządzenia wskazanych w OPZ, ponieważ proponowane urządzenie o pojemności komory 160 litrów (wymiary komory (øxD) [mm] - 500-750 mm) o wymiarach zewnętrznych (WxHxD) [mm] - 870x1090x770 jest za duże i wymagałoby przeorganizowania pomieszczenia laboratoryjnego, co związane jest z poniesieniem dużych kosztów przez Zamawiającego. Natomiast urządzenie o pojemności 85 litrów (wymiary komory (øxD) [mm] - 380-690 mm) o wymiarach zewnętrznych (WxHxD) [mm] - 730x1000x540 jest za małe na potrzeby Zamawiającego.

Niniejsze pismo nr 3 stanowi integralną część *Ogłoszenia o konkursie* w postępowaniu nr TO.261.15TA.2025.