

Warszawa, dnia 21.10.2026

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

### Pismo nr 1

dot. postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2026 poz. 793), którego przedmiotem jest: „**Dostawa maszyny zmęczeniowej o zakresie pomiarowym do 250 kN wraz z przyłączeniem dodatkowego siłownika Instron 50 kN**”.

Działając w oparciu o art. 135 ust 1, w związku z art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 2, w związku z art. 137 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający, Instytut Techniki Budowlanej, poniżej przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie 1:

**Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ramy wytrzymałościowej, w której odległość pomiędzy kolumnami wynosi 635mm?**

#### **Odpowiedź:**

Tak, dopuszcza zaoferowanie ramy wytrzymałościowej, w której odległość pomiędzy kolumnami wynosi 635mm.

#### Pytanie 2:

**W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga przyłączenia posiadanego siłownika Instron (model: A1740-4018) m. in. do układu sterowania nowej hydraulicznej maszyny zmęczeniowej o zakresie pomiarowym do 250 kN. Czy siłownik ma być podłączony „na stałe” do kontrolera maszyny (bez przepinania wtyczek w przypadku zmiany konfiguracji)?**

#### **Odpowiedź:**

Tak, siłownik ma być podłączony „na stałe” do kontrolera maszyny (bez przepinania wtyczek w przypadku zmiany konfiguracji).

#### Pytanie 3:

**Czy kontroler dostarczony z nową hydrauliczną maszyną zmęczeniową o zakresie pomiarowym do 250 kN ma umożliwiać użytkownikowi przypisanie dowolnych wejść do dowolnych kanałów sterujących bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętowej kontrolera?**

#### **Odpowiedź:**

Tak, kontroler dostarczony z nową hydrauliczną maszyną zmęczeniową ma umożliwiać użytkownikowi przypisanie dowolnych wejść do dowolnych kanałów sterujących bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętowej kontrolera.

#### Pytanie 4:

**Czy kontroler dostarczony z nową hydrauliczną maszyną zmęczeniową o zakresie pomiarowym do 250 kN ma umożliwiać jednocześnie niezależne prowadzenie badań zarówno na maszynie wytrzymałościowej oraz siłowniku Instron?**

#### **Odpowiedź:**

Kontroler dostarczony z nową hydrauliczną maszyną zmęczeniową nie musi umożliwiać jednocześnie niezależne prowadzenie badań zarówno na maszynie wytrzymałościowej oraz siłowniku Instron.

**Pytanie 5:**

**Dotyczy punktu 6c SWZ (zdolności techniczne lub zawodowe).**

**Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie zamiennie dwóch referencji: jednej na dostawę i uruchomienie serwohydraulicznej maszyny do badań wytrzymałościowych, dynamicznych lub zmęczeniowych o maksymalnej sile co najmniej 100 kN oraz drugiej na modernizację istniejącej maszyny wytrzymałościowej?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia pkt 6c SWZ na brzmienie:

**„zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie doświadczenia wykonawcy;**

*zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej 1 podobne zamówienie na dostawę i uruchomienie serwohydraulicznej maszyny do badań wytrzymałościowych, dynamicznych lub zmęczeniowych o maksymalnej sile co najmniej 100 kN o wartości co najmniej 600.000,00 zł netto. ”*

**Pytanie 6:**

**Dotyczy § 7, pkt. 1, ppkt.3**

**Czy Zamawiający dopuszcza ustalenie wysokości kar w tym punkcie na 10% wynagrodzenia umownego brutto (bez zapisu ew. 20%)?**

**Odpowiedź:**

*§ 7 pkt. 1 ust. 3 PPU otrzymuje brzmienie: „w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1”.*

**Pytanie 7:**

**Dotyczy § 7, pkt. 4**

**Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do 10% wynagrodzenia brutto?**

**Odpowiedź:**

*Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.*

Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia **04.11.2026 r.** Godziny bez zmian.

W związku z powyższym, data składania i otwarcia ofert podana w pkt. 16.1 i 16.2 SWZ zmienia się na dzień **04.11.2026 r.** Datę w pkt. 16.7 SWZ zmienia się na dzień **1.02.2027 r.**

Niniejsze pismo nr 1 stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr TO.260.20TA.2026