

Informacja o wpłynięciu pytań do SIWZ

Warszawa, dnia 24.07.2019 r.

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Do:
Wykonawcy

TO-250-26 TA/19
(numer postępowania)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa, instalacja i uruchomienie wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego**”.

W związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.. Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytania, co do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające 14 portów sprzętowych z czego dwa usytuowane na drzwiach komory?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie pomimo mniejszej ilości portów, umożliwia wyposażenie mikroskopu w pełną gamę detektorów, analizatorów i osprzętu dodatkowego, co zapewnia pełną funkcjonalność i łatwość rozbudowy systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z nie mniej niż 14 portami, w tym dwoma usytuowanymi na drzwiach komory, pod warunkiem nie zmniejszenia jego funkcjonalności i możliwości rozbudowy.


Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z mikroskopem instrukcji obsługi w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz z mikroskopem instrukcji obsługi w języku angielskim.

Z poważaniem

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

